



Warszawa, dnia 29.11.2011

Nr zamówienia: 384356-2011

Zestaw urządzeń laboratoryjnych (destylarka, autoklaw, agregat) – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu **POIS 05.01.00-00-156/09** pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej „Ustawą” Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jak wyżej wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej:

Zapytanie nr 5 z dnia 28 listopada 2011

Część I Destylarka:

1. Czy Zamawiający dopuści destylator elektryczny wykonany ze szkła borowo-krzemowego również grzałki w osłonach ze szkła którego poszczególne elementy szklane są połączone przewodami silikonowymi i zapewnia destylat apirogenny i przewodności < 1.9μS ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuści ww. urządzenie.*